

Příloha je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 130/2017 ze dne: 28.02.2017

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:

BRT servis s.r.o.

Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů
Záběhlická 1749/39, 106 00 Praha 10 – Záběhllice

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹⁾	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody	Předmět zkoušky
1.*	Zkouška chyby indikace CMM koncovými měrkami	ČSN EN ISO 10360-2 čl. 6.1, 6.2 a 6.3	Souřadnicový měřicí stroj (CMM), používající snímací systém bez stranového odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly

¹⁾ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

Vysvětlivky:

CMM souřadnicový měřicí stroj